

**Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, di importo inferiore a € 40.000,00, della fornitura di un criostato da destinarsi alle attività di ricerca nell'ambito del progetto LIFELAB, per il Consorzio per la Ricerca Sanitaria.**

**Gara n. 7797838**

**CIG: 8340710B9F**


### **VERBALE DI IDONEITA' TECNICA DELL'ESPERTO**

In data odierna 03/07/2020, presso LifeLab (Padova), il sottoscritto Dott. Tiago Moderno Fortunato, assegnista del WP1 il cui responsabile è il Professore Gino Gerosa, procede in seduta riservata, in qualità di esperto designato dal RUP, alla valutazione dell'idoneità tecnica dei prodotti offerti nella procedura in oggetto.

Esaminata la documentazione tecnica presentata da entrambi gli operatori economici offerenti (AHSI Spa e Leica Microsystems Srl), si valuta:

- tecnicamente idonea l'offerta presentata dai concorrenti AHSI Spa;
- tecnicamente inidonea l'offerta presentata dall'offerente Leica Microsystems Srl in ragione del mancato possesso delle seguenti caratteristiche tecniche minime quali: stazione di congelamento *Peltier* che raggiunga la temperatura di  $-60^{\circ}\text{C}$ , sistema di sterilizzazione chimica tramite nebulizzazione, regolazione motorizzata dell'altezza della camera dal suolo;

Il presente verbale è trasmesso al RUP per il seguito di competenza



.....  
dott. Tiago Fortunato

.....  
Prof. Gino Gerosa